



Łódź, 16.12.2021 r.

WSZYSCY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE PAKIETU 2 I 3

Dotyczy postępowania: „Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi”, znak: AZAMPUB/37/21/WO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym na „Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi”, znak AZAMPUB/37/21/WO

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok, cena oferty pakiet nr 2 – 16416,00 zł, cena oferty pakiet nr 3 – 30 240,00 zł.

Uzasadnienie wyboru- wskazany oferent złożył najkorzystniejszą ofertę przy zastosowanym kryterium i otrzymał najwyższą ocenę. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Poniżej zestawienie wszystkich złożonych ofert oraz zaoferowanych cen:

Nr oferty	Nr zadania	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty
1	1	ZORIN Adrian Beton Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław	19677,60
1	4	ZORIN Adrian Beton Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław	2398,50
2	2	Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	16416,00
2	3	Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	30240,00
3	2	Medisept Sp. z o.o. Konopnica 159C 21-030 Motycz	13041,00
3	3	Medisept Sp. z o.o. Konopnica 159C 21-030 Motycz	15228,00
4	2	AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żabia 2 65-158 Zielona Góra	5539,86





4	3	AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żabia 2 65-158 Zielona Góra	6901,20
5	1	EM POLAND sp.zo.o. Al. Piłsudskiego 63 05-070 Sulejówek	12711,60
5	3	EM POLAND sp.zo.o. Al. Piłsudskiego 63 05-070 Sulejówek	6480,00
6	1	Med Concept Julia Burdzel Ul. Lipowa 87 95-082 Chechłó Drugie	12409,20

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Nr oferty	Nr zadania	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie
3	2	Medisept Sp. z o.o. Konopnica 159C 21-030 Motycz	<p>W zakresie pakietu nr 2 poz. 2 Zamawiający wymagał oferowania produktu o zawartości substancji czynnej : etanol (771g/kg), propan-2-ol (β-10%), z załączonych przez oferenta dokumentów wynika, że zaoferowany produkt zawiera Etanol – 63,7 g; 2-propanol 6,3 g.</p> <p>W związku z tym, nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.</p> <p>Podstawa odrzucenia - § 8, ust. 6 ust. pkt 1 - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania.</p>
3	3	Medisept Sp. z o.o. Konopnica 159C 21-030 Motycz	<p>Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 wymagał oferowania produktu o zawartości substancji czynnej etanol (72g/100g wyrobu), bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, etc .</p> <p>Z załączonych przez oferenta dokumentów wynika, że zaoferowany produkt zawiera:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Propan-2-ol – 40g,2. Etanol -20 g,3. 0,39 g aminy N-C12-144. 0,25 g Chlorek didecyldimetetyloamoni <p>W związku z tym, nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.</p> <p>Podstawa odrzucenia - § 8, ust. 6 ust. pkt 1 - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania.</p>



4	2	AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żabia 2 65-158 Zielona Góra	Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów, oferent nie załączył wymaganych dokumentów. Podstawa odrzucenia - § 8 ust. 14 niekompletna oferta nie podlega uzupełnieniu i będzie podlegała odrzuceniu.
4	3	AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żabia 2 65-158 Zielona Góra	Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów, oferent nie załączył wymaganych dokumentów. Podstawa odrzucenia - § 8 ust. 14 niekompletna oferta nie podlega uzupełnieniu i będzie podlegała odrzuceniu.
5	3	EM POLAND sp.zo.o. Al. Piłsudskiego 63 05-070 Sulejówek	Zamawiający wymagał oferowania produktu o zawartości substancji czynnej etanol (72g/100g wyrobu), bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, etc. Z załączonych przez oferenta dokumentów wynika, że zaofferowany produkt zawiera chlorek didecylodimetyloamoniowy $>0,5 \leq 1$ oraz 2-aminoetanol $>0,4 \leq 1$. W związku z tym, nie spełnia wymogów określonych przez zamawiającego. Podstawa odrzucenia - § 8, ust. 6 ust. pkt 1 - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania określonych przez Zamawiającego.
6	1	Med Concept Julia Burdzel Ul. Lipowa 87 95-082 Chechło Drugie	Zamawiający wymagał zaofferowania fartucha o gramaturze 40 g/m ² . Z załączonych przez Państwa dokumentów wynika, że zaofferowany produkt posiada gramaturę 55 g/m ² . W związku z tym, nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Podstawa odrzucenia - § 8, ust. 6 ust. pkt 1 - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania określonych przez Zamawiającego.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak - Skorupa

