



Łódź dnia: 2022-12-12

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91-348 Łódź

Pismo: AZAMPUB/46/22/WO

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych, pn.: „**Zakup i dostawa materiałów zużywalnych, akcesoriów laboratoryjnych i akcesoriów do analizy przeznaczonych do badań naukowych i realizacji projektów naukowych**” – znak sprawy AZAMPUB/46/22/WO.

Zamawiający, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego, poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Część 1, pozycja nr 6. Czy dopuszczą Państwo zamiast wymaganych stojaków, produkt równoważny? Z oferowanym produktem można się zapoznać tutaj <https://www.bionovo.pl/szukaj/B-7108>. Załączam również kartę katalogową produktu. Proszę wtedy o zmianę w załączniku nr 1, pozycji 6: *Stojak stołowy na worki – duży – wys. 35 cm; Wykonany z drutu stalowego. Powlekany żywicą epoksydową odporną na uderzenia. Wysoka wytrzymałość chemiczna. Stabilny trójnóg z gumowymi nóżkami; np. Bionovo nr kat. 1872965 lub równoważne na artykuł B-7108, Stojak na worki - mały - biały - śr. 12 cm - wys. 25 cm.*

Odp.: Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 (formularzu asortymentowo-cenowym), części 1, pozycji 6, w związku z tym dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie nr katalogowego. Załącznik nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), części 1, pozycji 6 otrzymuje brzmienie: *Stojak stołowy na worki – duży – wys. 35 cm; Wykonany z drutu stalowego. Powlekany żywicą epoksydową odporną na uderzenia. Wysoka wytrzymałość chemiczna. Stabilny trójnóg z gumowymi nóżkami; np. Bionovo nr kat. 1-7028 lub równoważne.*

Zamawiający informuje również, że dopuszcza zaoferowany produkt.

Pytanie nr 2. Część 3. Będę składać ofertę na produkty z arkusza nr 3 ale niestety nie jestem w stanie dotrzymać terminu dostawy 21 dni. Spodziewana dostawa byłaby w styczniu lub w lutym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy, w związku z tym dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 6 pn. Wzór umowy, § 2 ust. 1 i 2. Treść zmian dotycząca zapisów umowy znajduje się na końcu dokumentu oraz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień (Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach).

Pytanie nr 3. Część 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na produkty z części nr 9 do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia? Produkty z zapytania nie znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym termin dostawy do 21 dni może być niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest obecnie termin do 30 dni (ok. 4 tygodnie).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy, w związku z tym dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 6 pn. Wzór umowy, § 2 ust. 1 i 2. Treść zmian dotycząca zapisów umowy znajduje się na końcu dokumentu oraz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień (Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach).

Pytanie nr 4. Część 9, pozycja nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności do 30.08.2024 (data produkcji 01.09.2022)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5. Część 9, pozycja nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności do 08.12.2025 (data produkcji 10.12.2021)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6. Część 9, pozycja nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z części nr 9 lub wydzielenie do oddzielnej części? Niestety nie posiadamy w naszej ofercie wskazanego produktu, w związku z czym nie będziemy mieli możliwości jego zaoferowania. Państwa przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam na złożenie naszej oferty cenowej na pozostałe pozycje z zadania oraz zachowanie zasad konkurencyjności.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek, Zamawiający wydziela wskazaną pozycję do nowego odrębnego pakietu nr 14. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zakres Pakietów po modyfikacji (Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy po zmianach).

Pytanie nr 7. Część 9, pozycja nr 4. Niestety nie posiadamy w naszej ofercie wskazanego produktu o nr kat. CIL-NLM-6715-PK, w związku z czym nie będziemy mieli możliwości jego zaoferowania. Jako produkt równoważny możemy natomiast zaoferować produkt firmy Toronto Research Chemicals o nr kat. TRC-O850252 w opakowaniu 0,5mg (w załączniku certyfikat do wglądu dla obecnie dostępnej serii). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego zamiennika?



CERTIFICATE OF ANALYSIS

20 Martin Ross Avenue, North York, ON, M3J 2K8, CANADA
Tel: (416) 665-9696, Fax: (416) 665-4439
Email: orders.trc@lgcgroup.com Website: www.trc-canada.com

1. Identification


Catalogue Number: O850252

CAS Number: NA

Product: 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-13C,15N2

Synonym: 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine-13C,15N2; 8-Oxo-7,8-dihydrodeoxyguanosine-13C,15N2; 2'-Deoxy-7,8-dihydro-8-oxo-guanosine-13C,15N2; 8-Oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine-13C,15N2; 8-Oxo-dG-13C,15N2;

Structure:



Molecular Formula:

C₉¹³H₁₃N₅¹⁵N₂O₈

Molecular weight:

286.22

Source of Product:

Synthetic

Solubility:

DMSO (Slightly), Methanol (Slightly)

Lot Number: 4-YSS-63-1

Purity: 98%

Shipping Condition: This Product Is Stable To Be Shipped At Room Temperature

Storage Condition: -20°C

2. Warning

Warning 1:

Warning 2:

Warning 3:

3. Analytical Information

Tests:	Specifications:	Results:
Appearance	White to Off-White Solid	White Solid
NMR	Conforms to Structure	Conforms
HPLC Purity	Report Result	98.29% (205 nm)
MS	Conforms to Structure	Conforms
Isotopic Purity	>95%	99.6% (d0 = 0.12%)
Specific Rotation	Report Result	-7.3° (c = 0.1, Methanol)

Additional Information: N/A

Purity is based on the analytical results of the tests performed. NMR and Elemental Analysis (if available) may have an accuracy of ± 2%. Isotopic purity is based on mass distribution observed. The contents of the specifications are subject to change without advance notice, and the specification values displayed here are the most up to date values.

4. Signatures

Reviewed By	Reviewed By	C of A Approved By	Test Date	Retest Date
Neha Khanna	Toni Rantanen	Chanell Chu	1/27/2022	1/25/2026

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8. Część 9, pozycja nr 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z części nr 9 lub wydzielenie do oddzielnej części? Niestety nie posiadamy w naszej ofercie wskazanego produktu, w związku z czym nie będziemy mieli możliwości jego zaoferowania. Państwa przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam na złożenie naszej oferty cenowej na pozostałe pozycje z zadania oraz zachowanie zasad konkurencyjności.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek, Zamawiający wydziela wskazaną pozycję do nowego odrębnego pakietu nr 15. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zakres Pakietów po modyfikacji (Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy po zmianach).

Pytanie nr 9. Część 9, pozycja nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności do 18.05.2024 (data produkcji 20.05.2020)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10. Do wzoru umowy. We wzorze umowy w § 3 pkt. 3 widnieje zapis: „Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa wyżej dostarczy Zamawiającemu asortyment w ilości zgodnej z zamówieniem na ten asortyment, pozbawiony wad, odpowiadający wymogom określonym umową. Ponowny odbiór asortymentu odbywa się na zasadach określonych w § 2.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji reklamacji na produkty z części nr 9 do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia? Produkty z zapytania nie znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym termin dostawy do 5 dni roboczych na wymianę może być niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest standardowy termin realizacji, czyli do 30 dni (ok. 4 tygodnie).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, w związku z tym dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 6 pn. Wzór umowy, § 3 ust. 3. Treść zmian dotycząca zapisów umowy znajduje się na końcu dokumentu oraz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień (Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach).

Pytanie nr 11. Do wzoru umowy. We wzorze umowy w § 6 ust. 1 widnieje zapis: „W przypadku niewykonania dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 3 do dnia wykonania zamówienia bez zastrzeżeń. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych zapisów na: „W przypadku niewykonania dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia dotyczącego opóźnionej części zamówienia do dnia wykonania zamówienia bez zastrzeżeń.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, w związku z tym dokonuje modyfikacji treści załącznika pn. Wzór umowy, w zakresie § 6 ust. 1. Treść zmian dotycząca zapisów umowy znajduje się na końcu dokumentu oraz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień (Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach).

Pytanie nr 12. Do wzoru umowy. We wzorze umowy w § 6 ust. 2 widnieje zapis: „W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2, we wskazanym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 3, do dnia wykonania ww. obowiązku, bez zastrzeżeń.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych zapisów na:

„W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2, we wskazanym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia dotyczącego opóźnionej części zamówienia, do dnia wykonania ww. obowiązku, bez zastrzeżeń.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, w związku z tym dokonuje modyfikacji treści załącznika pn. Wzór umowy, w zakresie § 6 ust. 2. Treść zmian dotycząca zapisów umowy znajduje się na końcu dokumentu oraz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień (Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach).

Pytanie nr 13. Do wzoru umowy. We wzorze umowy w § 6 ust. 3 widnieje zapis: „W przypadku nieterminowej realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 13 i 15 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej dostawy lub wymiany. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych zapisów na:

„W przypadku nieterminowej realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 13 i 15 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej dostawy lub wymiany.”?

Odp.: Zaproponowana zmiana jest identyczna z zapisami Zamawiającego.

Pytanie nr 14. Do wzoru umowy. We wzorze umowy w § 6 ust. 4 widnieje zapis: „W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 3.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych zapisów na:

„W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia niezrealizowanej części zamówienia.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje o wprowadzonych zmianach w treści załącznika nr 6 pn. Wzór umowy:

I. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie dostarczony w jednej dostawie w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia; z wyjątkiem pakietów nr 3, dla którego termin dostawy wynosi 40 dni oraz nr 9, dla którego termin dostawy wynosi 30 dni; przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, drogą e-mailową na adres wskazany w ust 3 pkt. 2 poniżej, Zamówienie złożone zostanie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w dwóch dostawach wyłącznie w sytuacji opisanej w ust. 4, zdanie ostatnie.
2. Wykonawca dostarczy zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 21 dni; z wyjątkiem pakietu nr 3, dla którego termin dostawy wynosi 40 dni oraz dla pakietu nr 9, dla którego termin dostawy wynosi 30 dni; od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie dostarczone do siedziby Zamawiającego.

II. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych; a w przypadku asortymentu objętego pakietem nr 9, w terminie 30 dni; od powiadomienia, o którym mowa wyżej dostarczy Zamawiającemu asortyment w ilości zgodnej z zamówieniem na ten asortyment, pozbawiony wad, odpowiadający wymogom określonym umową. Ponowny odbiór asortymentu odbywa się na zasadach określonych w § 2.

III. § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku niewykonania dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia dotyczącego opóźnionej części zamówienia, rozumianej jako pakiet, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, do dnia wykonania zamówienia bez zastrzeżeń.

2. *W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2, we wskazanym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto wynagrodzenia dotyczącego opóźnionej części zamówienia, rozumianej jako pakiet, zgodnie z załącznikiem nr 1 Umowy, do dnia wykonania ww. obowiązku, bez zastrzeżeń.”*

Zamawiający informuje o dokonanych zmianach w Zapytaniu Ofertowym. W związku z wprowadzonymi zmianami § 2 ust. 3 Zapytania Ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Całość asortymentu została podzielona na 15 części. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o zmianach wprowadzonych w następujących dokumentach:

- I. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy;
- II. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty;
- III. Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Zamawiający

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Pracy
im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa